

1 Datenblatt Glanzmessgerät MG 268-F2

entspr. ISO 2813 und ASTM D2457, ASTM D4039



Kompaktes Dreiwinkel-Glanzmessgerät mit 20° / 60° / 85° - Messwinkel

Dient der Messung des Glanzgrades von Oberflächen auf ebenen Untergründen. Ideal zur Messung von Nass- und Pulverlacken. Für den gesamten Glanzbereich einsetzbar. Außerdem misst das Gerät den Glanzschleier- / Haze Reflectance-Wert.

Das Gerät entspricht den internationalen Normen und den Anforderungen von GSB, QIB und Qualicoat. Ein CE Prüfzeichen und Konformitätserklärung sind ebenfalls vorhanden.

Das MG 268-F2 verfügt über einen im Köcher integrierten Kalibrierstandard (Glanzachel).

Der Standard ist auf das international anerkannte Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT) rückführbar. Die Überprüfung der Kalibrierung erfolgt automatisch beim Einschalten, während das Gerät im Köcher eingesteckt ist.

Betrieben wird das MG 268-F2 mit einer AA Batterie / Akku. Dabei erreicht es eine Nutzungsdauer von min. 50 Betriebsstunden oder 2.000 Messungen. Das Gerät verfügt über eine Statistikfunktion sowie einen Speicher für max. 10.000 Messwerte.

Technische Daten			
Messwinkel	20°	60°	85°
Messfleck (mm)	9 x 10	9 x 16	5 x 39
Messbereich	< 2.000 GU	< 1.000 GU	< 160 GU
Genauigkeit	Messbereich 0,0~119,9 GU		1,5 GU
	Messbereich 120~2.000 GU		1,5 %
Schnittstelle	USB-Adapter		
Software	KSJ Data Operator		
Speicher	10.000 Messungen in bis zu 999 Gruppen		
Stromversorgung	AA Alkaline Batterie (1 Stück)		
Gewicht	400 g		
Maße (B x L x H)	48 x 155 x 75 mm		
Lieferumfang	Messgerät mit Aufbewahrungsköcher mit integriertem Glanzstandard Linsenreinigungstuch Software DataOperator (engl.) und USB-Kabel Batterie ein (1) Stück Typ AA Kalibrierzertifikat Bedienungsanleitung Transportkoffer		